

T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
DOĞRUDAN TEMİN BİRİMİ
TEKLİF İSTEME MEKTUBU

28.07.2021

İşin Adı : 5001-ANESTEZİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI-27388-08/12/2020_Hastanemiz
İhale No : 2021-725
E-mail : ds_satinalma@dicle.edu.tr
İdarenin Tel/Fax : (0412) 248 82 23 -(4433) / (0412) 248 85 88
Son başvuru Tarih/Saat : 30.07.2021 15:00

FİRMA YETKİLİSİNE

İlişikte/aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen Malzeme/Hizmet/Bakım ve Onarım 4734 Kamu İhale Kanununun 22. maddesinin (d) fıkrası uyarınca doğrudan temin yöntemiyle alımı yapılacaktır. Hazırlanacak teklif mektuplarınızı aşağıda yer alan tarih ve saate kadar Döner Sermaye İşletme Müdürlüğümüze bildirmenizi rica ederim.

Tayfur SELVİTOPU
DÖN. SER. İŞLT. MÜD.V.

- 1) Malzemelerin opsiyon, teslim tarihi, markası, ambalaj şekli ve teknik şartnameye uygun olduğu teklif mektuplarında mutlaka yazılacaktır. Belirtilmediği takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) Teklif mektubu zarfında; firma adı, açık adresi, telefon-faks numarası varsa e-mail adresi mutlaka yazılacaktır.
- 3) Alıma ilişkin Ödemeler; Alınacak malzemelerin Faturasının aynıyat ve tahakkuk işleminin bitiminden sonra, 01.05.2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Döner sermayeli işletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 22. Maddesine göre Ödeme Emri Belgeleri Saymanlık Müdürlüğünün kayıtlarına giriş sırasına göre yapılır. Kontroller Sonucunda noksanlığı tespit edilerek tamamlanmak üzere işletmelerin ilgili birimine iade edilen Ödeme Emri Belgelerindeki tutar noksanlıkları tamamlanarak Muhasebe birimi kayıtlarına yeni giriş sırasına göre ödenir.
- 4) Siparişe müteakip..... İş günü içerisinde teslim edilmeyecek/yapılmayacak/ mal/hizmet için teklif verilmesi, verilmesi durumunda bundan sonraki verilen tekliflerin değerlendirmeye alınmayacağı ve gecikmeden dolayı hastanemizin uğrayacağı maddi ve manevi kayıpları karşılayacağını peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılacaktır.
- 5) Siparişi müteakip malzemeler firma yetkililerince bizzat Döner Sermaye ambarına teslim edilecektir. Kargo ile yapılan teslimatlarda ilgili noksanlık ve aksaklıklarda sorumluluk firmaya aittir.
- 6) İstekliler, teklif edecekleri ürünlerin marka veya model, UBB Kodunu tekliflerinde yazacak olup, TİTUBB, Medula kaydı Sorgulama, SUT kaydı, Bayii/Firma kodu ile ilgili belgelerini de T.C Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine uygun olarak verecekleri teklif mektubu ekinde sunmak zorundadırlar.
- 7) İhale ve doğrudan temin ilanlarımız için www.dicle.edu.tr sitesinden Döner Sermaye ekranından takip edebilirsiniz.
- 8) Tedarikçi firma, İdaremize teslim edilen ilaç, sarf malzeme, medikal malzeme, kit sarf malzemeleri ve diğer malzemelerin stoklarımızda tüketilmemesi halinde miadlarına en az 3 ay kala yenisi ile değiştirmeyi kabul ve taahhüt etmiş sayılacaktır.
- 9) İsteklilerden alınan malzemelerin, geri ödemesini yapan kurumların (Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı, YÖK vb.) düzenledikleri kanun, yönetmelik, tebliğ ile ödeme listesinden çıkarılması, fiyatlarındaki düşüşler ve TİTUBB kaydının olmaması, medulada negatif listeye alınmasından dolayı, firmanın sut kodu hatasında dolayı, ürünlere ait sut eşleşmesinden kaynaklı hatalardan dolayı idarenin uğrayacağı zarardan yüklenici sorumlu olup, kurumumuzun zararı ilgili yüklenici firmadan yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir. Ayrıca ilgili ürünler iade edilebilecektir.
- 10) Bu teklif ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun Hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Türk Ticaret Kanunu ile Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.
- 11) Bu teklif ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlıkların çözümünde Diyarbakır mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.
- 12) KDV Hariç fiyat teklif edilecek ve teklif mektuplarında malzemelerin KDV oranı ile Kdv'nin hariç olduğu belirtilecektir

EKİ: (..I.. ADET) TEKNİK ŞARTNAME

Sıra No	Malın/Hizmetin Adı/Cinsi	Birim	Miktarı	Sut kodu	Marka	UBB Kodu	Birim Fiyatı (KDV Hariç)	Tutarı (KDV Hariç)
1	41350 - FLEXIBLE ENTÜBASYON VIDEO ENDOSKOP	AD	1					

FLEKSİBLE ENTÜBASYON VIDEO ENDOSKOP TEKNİK ŞARTNAME GENEL HÜKÜMLERİ

1. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ :

- Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevapların, madde sıra numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler ile birlikte tanıtıcı broşür ve katalogların verilmesi ve teklif edilen malzemelerin Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özelliklerinin kataloglar ile teyit edilmesi gerekmektedir.
- Satıcı firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir güncel noter onaylı Temsilcilik Belgesini teklifine eklemek zorundadır.
- Teklif veren firmalar, aşağıda tanımlanan sistemin bütünlüğünü bozmadan, seti oluşturan kalemlerin her birine teklif vermelidir, kısmi teklifler değerlendirmeye alınmaz.
- Seti oluşturan parçalar aşağıda belirtilen özellikleri taşımali ve bu parçalar birbiri ile uyum içerisinde çalışmalıdır.
- Teklif edilen ürünün, Avrupa Birliği tarafından hazırlanan ve uyulması gereken asgari sağlık, emniyet ve çevre koruması koşullarını düzenleyen bağlayıcı mevzuata ve direktiflere uygunluğunu gösteren işaret "CE" (Conformité Européenne) işaretli olmalıdır. İlgili EC Sertifikası teklif dosyası ekinde verilmelidir.

2. GARANTİ SÜRESİ VE ŞARTLARI :

Teklif edilen cihazlar en az iki (2) yıl süreyle kullanıcı hatasına bağlı olmayan, montaj ve imalat hatalarına karşı garantili olacak, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu güncel noter onaylı Garanti Belgesini teklife ekleyeceklerdir.

Garanti süresinin dolmasından sonraki 10 yıl boyunca ücreti karşılığı yedek parça temini ve servis garantisi verilecek, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu güncel noter onaylı 10 yıllık yedek parça ve servis temini Garanti Belgesi tekliflere eklenecektir.

3. VAZGEÇİLMEZ TEKNİK ÖZELLİKLER :

1.ZOR HAVAYOLU SİSTEMİ

1.1 Kompakt Görüntüleme Sistemi 1 Adet

- Sistem en az 1280x800 pixel çözünürlüğe ve 7" ebatında TFT ekrana sahip olmalıdır.
- Monitör boyutu; 230 mm, genişliği; 155 mm ve derinliği; 55 mm olmalıdır.
- Darbeye dayanıklı ABS plastik kaplamaya sahip olmalı ve IP54 özelliği ile sıvı sıçramalarına karşı korumalı olmalıdır.
- SD kart üzerine resim ve video kaydı yapabilmeli yapılan bu kayıtları da USB üzerine aktarabilmelidir. Kaydedilen görüntüler ekran üzerinden de izlenebilmelidir.
- 1250 g ağırlığında olmalıdır.
- Başka bir monitöre görüntü aktarabilmek için HDMI çıkışına sahip olmalıdır.
- Monitör üzerindeki butonlarla fotoğraf ve video kaydı, parlaklık ayarı yapılabilir.
- Monitöre aynı anda video laringoskop ve flexible bağlanabilme özelliğine sahip olmalıdır. Bu sayede istenilen görüntü ekran üzerinde bulunan tuşlar sayesinde seçilebilir olmalıdır.

Prof.Dr.Zeynep U. YILDIRIM
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
Tercih No 70345

Prof.Dr. Ali R. KAPILI
Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Tercih No 10477

Prof.Dr. I. A. R. R. R.
D.U.T.F. Anesteziyoloji Uzmanı
Tercih No 5234

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim A. R. R.
D.U.T.F. Anesteziyoloji Uzmanı
Tercih No 15118

9. Monitöre flexible bağlı iken, monitör üzerinden görüntüyü 180° çevirme özelliği olmalıdır.
10. Dahili bataryası olmalıdır ve sarj esnasında da kullanıma olanak sağlamalıdır.
11. Batarya ile kullanım süresi en az 2 saat olmalıdır.
12. Batarya Lityum İyon, 3.6V 7800 mAh özelliğinde olmalıdır.
13. Beyaz ayarı monitör üzerinden yapılabilmelidir.
14. Üretici firma tarafından yayınlanmış olan yazılım güncellemeleri cihaza ücretsiz olarak kurulmalıdır.
15. Monitör gösterge çubuğu üzerinde, batarya şarj durumu, bağlı olan SD hafıza kartı veya USB bellekte bulunan depolama alanı ve eğer varsa, ikinci bir kameranın bağlantısı gösterilebilmelidir.
16. Sisteme kamera kafası bağlanabilmelidir. Bu sayede rijit ve konvansiyonel endoskoplardan da görüntü elde edilebilmelidir.
17. Sistem aşağıdaki aynı marka ekipmanlar ile birlikte kullanılabilir;
 - Fleksible Entübasyon Video Endoskop
 - Disposable Fleksible Entübasyon Video Endoskop
 - Video Laringoskop Bladeleri- Reusable/ Disposable
 - Video Stile
 - Video Otoskop, Sistoskop ve Nazofaringoskop
18. Sistem ile birlikte sarj adaptörü verilmelidir.
19. Özel sehпасıyla birlikte verilmelidir.

1.2 Fleksible Entübasyon Video Endoskop 1 Adet

- 1.Video endoskop cihazı entegre chip teknolojisine sahip olmalıdır. Konvansiyonel fleksible endoskoplardaki görüntü distorsiyonuna sahip olmamalıdır.
- 2.Cihazın görüş yönü 0° ve saha görüş açısı en az 100° olmalıdır.
- 3.Cihazın çalışma uzunluğu en az 65 cm ve dış çapı 4±0,2 mm olmalıdır.
- 4.Cihazın çalışma kanalı çapı en az 1,5 mm olmalıdır.
- 5.Cihazın aşağı ve yukarı defleksiyonu en az 140° olmalıdır.
6. Cihaz 7" ve en az 18" ebatındaki aynı marka kompakt görüntüleme sistemleri ile kullanılabilir.
7. Cihaza entegre LED ışık kaynağı olmalıdır.
- 8.Birlikte kullanılacağı monitör üzerinde bir SD kart girişi olmalı ve bu kart üzerine, başka herhangi bir cihaza ihtiyaç duymadan,MPEG4/JPEG formatlarında resim ve video kaydedilebilmelidir.
- 9.Birlikte kullanılacağı monitör üzerinde bulunan bağlantı sayesinde istenildiğinde başka bir monitöre görüntü aktarımı yapılabilmelidir.
- 10.Etilenoksit ve Sterrad metodları ile sterilizasyona uyumlu olmalıdır.
- 11.Cihaz ile beraber aşağıdaki aksesuarlar verilmelidir:

Taşıma çantası

Kaçak test cihazı

Basınç test kapağı

Tüp tutucu

Prof.Dr. Zeynep YALÇINDIRAN
Dicle Gölge Stes. T. Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzm.
Tesp. No: 70346

Prof. Dr. Zeynep YALÇINDIRAN
Dicle Gölge Stes. T. Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzm.
Tesp. No: 70346

Prof. Dr. Zeynep YALÇINDIRAN
Dicle Gölge Stes. T. Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzm.
Tesp. No: 70346

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ANDAN
Dicle Gölge Stes. T. Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzm.
Tesp. No: 141098

Temizleme Fırçası

Yıkama Adaptörü

Emme Valfi

Entübasyon tüpü yerleştirmek için airway

Tıkaç, siyah, 10'luk paket

Sterilizasyon için koruma başlığı

1.4 Tek Kullanımlık Endoskoplar İçin Bağlantı Adaptörü 1 Adet

1. Tek kullanımlık endoskoplar ile birlikte; kullanılacak monitör arasındaki bağlantıyı ve monitörden görüntü alınmasını sağlamalıdır.

2. Kullanıma hazır olduğunu belirten Led aydınlatması bulunmalıdır.

1.4 Tek Kullanımlık Fleksible Entübasyon Video Endoskop 1 Adet

1. Çapraz kontaminasyon riskine karşı tek kullanımlık olmalıdır.
2. Video endoskop cihazı entegre chip teknolojisine sahip olmalıdır. Konvansiyonel fleksible endoskoplardaki görüntü distorsiyonuna sahip olmamalıdır.
3. Fleksible entübasyon video endoskop görüş yönü 0° ve saha görüş açısı en az 90° olmalıdır.
4. Fleksible entübasyon video endoskop çalışma uzunluğu en az 65 cm ve dış çapı 3.5±0,2 mm olmalıdır.
5. Fleksible entübasyon video endoskop aşağı ve yukarı defleksiyonu en az 180° olmalıdır.
6. Çalışma kanalı en az 1.2 mm olmalıdır.
7. Tek tek steril paketlenmiş 6'lı kutularda olmalıdır.
8. Cihaz 7" ve 18" ebatındaki aynı marka kompakt görüntüleme sistemleri ile kullanılabilir.
9. Cihaza entegre LED ışık kaynağı olmalıdır.
10. Birlikte kullanılacağı monitör üzerinde bir SD kart girişi olmalı ve bu kart üzerine, başka herhangi bir cihaza ihtiyaç duymadan, MPEG4/JPEG formatlarında resim ve video kaydedilebilir.

Prof. Dr. Zeynep KILIÇDIRIM
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzm.
Tescil No: 0346

Prof. Dr. Feyzi ARIKAN KAYDU
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Tescil No: 10477

Prof. Dr. Fevzi ÇELİK
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Dip. Tes. No: 82927

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ANDAN
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Dip. Tes. No: 141050